



STERİLİZASYON ODASI TEMİZLİK TALİMATI



DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
DS.PR.03	01.01.2024	0	-	Sayfa:1/2

1. AMAÇ

Sterilizasyon ünitesinin doğru yöntemlerle ve doğru dezenfektanlar ile temizliğinin yapılması, ünitenin enfeksiyon risklerinden arındırılmasının sağlanması için yöntemleri tanımlamaktır.

2. KAPSAM

Bu talimat, sterilizasyon ünitesi uygun yöntemlerle uygun dezenfektanlar ile temizlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususları, ameliyathane yardımcı personeli ve enfeksiyon kontrol hemşiresi kapsar.

3.TANIMLAR

Özel bir tanım yoktur.

4.UYGULAMA

4.1 Ünite içinde zemin temizliğinde "Dezenfektan Kullanım Planı" nda belirtilen oranlarda hazırlanan dezenfektan solüsyonu kullanılır.

4.2 Temizlik temiz alandan kirli alana doğru yapılır.

4.3 Temizlik personeli ellerini işlem öncesi ve sonrası "El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı"na uygun şekilde yıkar, non steril eldiven giyer ve ünitenin çöplerini "Atık Yönetim Prosedürü" ne uygun şekilde günde iki kez ve gerektiğinde toplar.

4.4 Dezenfektanlı solüsyon hazırlanarak tezgahlar uygun renkte bezle silinir.

4.5 Tüm tıbbi cihazların temizliği, otoklav ve alet yıkama yeri iç ve dış temizliği "Dezenfektan Kullanım Planı" na uygun olarak hazırlanmış solüsyon ile yapılır.

4.6 Günde iki kez lavaboların, kapı kollarının ve malzeme taşıma arabasının (tekerlekler dahil) temizliği yapılır.

4.7Haftada bir tüm dolapların iç ve dış temizliği yapılır, kapılar silinir, dezenfektan solüsyon kaplarının ve cerrahi alet konteynerlerinin temizliği yapılır.



Kirlenme varsa hemen yoksa haftada bir kez atık kovalarının dezenfeksiyonu sağlanır.

Her ay duvarların temizliği yapılır. Yerler makinayla yıkanır.

Günlük ve aylık olarak yapılan temizlik "Sterilizasyon Temizlik Planı ve Takip Formu" na kaydedilir.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

El Hijyeni ve Eldiven Kullanım
Talimatı

 URARTU GÖZ	STERİLİZASYON ODASI TEMİZLİK TALİMATI			
DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
DS.PR.03	01.01.2024	0	-	Sayfa:2/2

Atık Yönetim Prosedürü
Sterilizasyon Temizlik Planı ve Takip Formu

HAZIRLAYAN	İNCELEYEN	ONAYLAYAN
KALİTE BİRİM SORUMLUSU	KURUM MÜDÜRÜ	BAŞHEKİM